



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Е

№ 001690



**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о признании утверждения типа  
средств измерительной техники**

№ UA-МІ/Зр-695-2007

Выдано 27 октября 2007 г.

Настоящее свидетельство, выданное ЗАО "МИДАУС", Российская Федерация, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г. Госстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаний и утверждения типа "Блоки питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102-Ех", проведенных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Блоки питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102-Ех на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером 15530-06.

Блоки питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102-Ех после ремонта и при эксплуатации подлежат поверке или калибровке в зависимости от области применения.

Межповерочный интервал, установленный при признании утверждения типа блоков, – не более одного года, рекомендуемый межкалибровочный интервал – 1 год.

*Заместитель Председателя*



*С.Т. Черенков*